

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: POC 24-001.A.OUS) firmy Siemens Healthineers dotycząca

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: POC 24-001.A.OUS) firmy Siemens Healthineers dotycząca możliwości pojawienia się parametrów niewybranych dla danego pacjenta w zapisie wyniku dla analizatora epoc NXS.

Wysłane przez admin w Czw, 18/01/2024 - 15:39

Załącznik:  [POC 24-001 UFSN_pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-poc-24-001aous-firmy-siemens-healthineers-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BClwo%C5%9Bci>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/POC%2024-001%20UFSN_pl.pdf