

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 07/2023) firmy LimaCorporate dotycząca umieszczenia n

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 07/2023) firmy LimaCorporate dotycząca umieszczenia na płytce pieszczelowej Physica TT błędnego, dodatkowego oznaczenia, które może wprowadzać w błąd co do rozmiaru wyrobu.

Wysłane przez j.piliszczuk w Śro, 24/01/2024 - 08:44

Załącznik:  [FSCA-07-2023_FSN-PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-072023-firmy-limacorporate-dotycz%C4%85ca-umieszczenia-na-p%C5%82ytce>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA-07-2023_FSN-PL.pdf