

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CI/2024-01-02) firmy Horiba ABX SAS dotycząca konieczności weryfikacji wartości parametru CRP w analizatorach Micros EMI CRP i Micros LC-767G.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 01/02/2024 - 15:29

Załącznik:  [Notatka bezpieczeństwa firma Horiba.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-ci2024-01-02-firmy-horiba-abx-sas-dotycz%C4%85ca-konieczno%C5%9Bci-weryfikacji>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa%20firma%20Horiba.pdf>