

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CP2305-SK03764) firmy Mindray dotycząca ryzyka zwiększenia temperatury leku w strzykawce, w trzeciej pompie strzykawkowej BeneFusion nSP w zestawie 8 pomp.

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 07/02/2024 - 15:49

Załącznik:  [FSN-PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-cp2305-sk03764-firmy-mindray-dotycz%C4%85ca-ryzyka-zwi%C4%99kszenia-temperatury>

Odnosi

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN-PL.pdf>