

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun Melsungen AG dotycząca wycofania z obrotu i z u

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun Melsungen AG dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii linii infuzyjnych Original Perfusor Line z powodu odchyłeń w wymiarach męskich złączy typu Luer i możliwości niezapewnienia szczelności.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 09/02/2024 - 15:51

Załącznik:  [DNB.444.85.2024.JR FSN Firma B.Braun linie infuzyjne.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-b-braun-melsungen-ag-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-0>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.85.2024.JR%20FSN%20Firma%20B.Braun%20linie%20infuzyjne.pdf>