

Notatka bezpieczeństwa (FA1400) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli i partii zewnętrznego systemu do drenażu i monitorowania Duet z powodu ryzyka powstania rozszczelnienia na linii pacjenta.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 09/02/2024 - 16:00

Załącznik:  [DNB.444.56.2024.JR FSN ref. FA1400 firma Medtronic zewnętrzny system dopdf](#)
[1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa1400-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych>

Odnosi

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.56.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA1400%20firma%20Medtronic%20zewn%C4%99trzny%20system%20do%20....pdf>