

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-DXR-008) firmy Philips dotycząca wygaśnięcia certyfikatu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-DXR-008) firmy Philips dotycząca wygaśnięcia certyfikatu oprogramowania uniemożliwiającego zalogowanie się do systemu MobileDiagnost wDR - aktualizacja notatki opublikowanej 2.06.2023.

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 06/03/2024 - 15:31

Załącznik:  [FSN_Philips_27.02.2024.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-pd-dxr-008-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-wyga%C5%9Bni%C4%99cie-certyfikatu>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_27.02.2024.pdf