

Notatka bezpieczeństwa (FSN_FA-2024-008) firmy Synovis Life Technologies Inc. (Baxter) dotycząca zmiany instrukcji używania określonych serii łat naprawczych PERI-GUARD i SUPPLE PERI-GUARD: nie należy stosować w leczeniu neurochirurgicznym

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 06/03/2024 - 15:36

Załącznik:  [FSN_Synovis Life Technologies Inc. \(Baxter\)_FA-2024-008_2024_03_05.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsnfa-2024-008-firmy-synovis-life-technologies-inc-baxter-dotycz%C4%85ca-zmiany>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_%20Synovis%20Life%20Technologies%20Inc.%20%28Baxter%29_FA-2024-008_2024_03_05.pdf