

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSCA Novosyn) firmy B. Braun Surgical S.A.U. dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii i modeli nici chirurgicznych Novosyn z powodu ryzyka naruszenia szczelności opakowania.

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 12/03/2024 - 15:27

Załącznik:  [FSCA Novosyn PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fsca-novosyn-firmy-b-braun-surgical-sau-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA%20Novosyn%20PL.pdf>