

Notatka bezpieczeństwa (FSN_FA07SEP2023/ FSN_RE23001) firmy Technopath Manufacturing Ltd (Abbott) dotycząca potencjalnych uszkodzeń szklanych fiolek Alinity, w których znajdują się wyroby: Multichem IA Plus oraz Multichem S Plus (Assayed)

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 12/03/2024 - 15:28

Załącznik:  [FSN_Technopath Manufacturing Ltd \(Abbott\)_2024_01_30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsnfa07sep2023-fsnre23001-firmy-technopath-manufacturing-ltd-abbott-dotycz%C4%85ca>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Technopath%20Manufacturing%20Ltd%20%28Abbott%29_2024_01_30.pdf