


**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 01-2024-03-05) firmy Taizhou Xinkang Medical Materials Co. Ltd. dotycząca wycofania z obrotu i z używania Chusty trójkątnej (nr ref: ŚRO-0295) nr serii 22016401, z powodu braku wystarczającej wytrzymałości na rozerwanie.**

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 12/03/2024 - 15:36

**Załącznik:**  [3. FSN.01-2024-03-05\\_pl\\_Field Safety Notice.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-01-2024-03-05-firmy-taizhou-xinkang-medical-materials-co-ltd-dotycz%C4%85ca>

**Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/3.%20FSN.01-2024-03-05\\_pl\\_Field%20Safety%20Notice.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/3.%20FSN.01-2024-03-05_pl_Field%20Safety%20Notice.pdf)