

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ 130646) firmy RaySearch Laboratories AB dotycząca bezpi

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ 130646) firmy RaySearch Laboratories AB dotycząca bezpieczeństwa używania określonych serii RayStation/RayPlan - (ryzyko błędnego wybrania krzemu (Si) jako materiału w implancie z polimeru żelu silikonowego).

Wysłane przez j.piliszczyk w Wto, 09/04/2024 - 08:47

Załącznik:  [FSN_RaySearch Laboratories AB_2024_02_23.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-130646-firmy-raysearch-laboratories-ab-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_RaySearch%20Laboratories%20AB_2024_02_23.pdf