

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA 2023-016) firmy Getinge dotycząca potencjalnego braku

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA 2023-016) firmy Getinge dotycząca potencjalnego braku czterech śrub w Uchwycie do Nogii, numer artykułu 100380A0 służącym do stabilizacji kończyny.

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 24/04/2024 - 15:57

Załącznik:  [FA 2023-16.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fa-2023-016-firmy-getinge-dotycz%C4%85ca-potencjalnego-braku-czterech-%C5%9Brub>

Odnosińiki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FA%202023-16.pdf>