

## **Notatka bezpieczeństwa (FA1414) firmy Medtronic dotycząca aktualizacji oprogramowania**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

### **Notatka bezpieczeństwa (FA1414) firmy Medtronic dotycząca aktualizacji oprogramowania aplikacji StealthStation S8 wersje 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 1.2.0 nr mod. 9735762 z powodu ryzyka nie wyświetlania cyfry, litery, przecinka w określonych komunikatach**

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 30/04/2024 - 13:46

**Załącznik:**  [DNB.444.332.2024.JR FSN ref. FA1414\) Medtronic aktualizacji oprogramowan\\_\\_.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa1414-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-aktualizacji-oprogramowania-aplikacji>

#### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.332.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA1414%29%20Medtronic%20aktualizacji%20oprogramowan\\_\\_.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.332.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA1414%29%20Medtronic%20aktualizacji%20oprogramowan__.pdf)