

Notatka bezpieczeństwa (FSN_MCC/24/001/IU) firmy Maquet Critical Care AB (Getinge) dotycząca bezpieczeństwa używania określonych serii parowników sewofluranu - ryzyko tworzenia się fluorowodoru w parowniku.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 24/05/2024 - 15:36

Załącznik:  [FSN_Maquet Critical Care AB \(Getinge\)_2024_04_23.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsnmcc24001iu-firmy-maquet-critical-care-ab-getinge-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Maquet%20Critical%20Care%20AB%20%28Getinge%29_2024_04_23.pdf