

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN_LM150TD_2023_03) firmy Löwenstein Medical Technology GmbH dotycząca zaprzestania wentylacji bez wygenerowania alarmu w respiratorach z serii LUISA, TIVAN LS, LifeOne (LM150TD).

Wysłane przez admin w Śro, 05/06/2024 - 14:21

Załącznik:  [FSN_LM150TD_2023_03.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fsnlm150td202303-firmy-l%C3%B6wenstein-medical-technology-gmbh-dotycz%C4%85ca>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_LM150TD_2023_03.pdf