

Notatka bezpieczeństwa (2024.007) firmy Alcon dotycząca konieczności kontrolowania przez lekarza podczas zabiegu ostrości określonych modeli noży okulistycznych, z powodu ryzyka powstania urazu przy użyciu niedostatecznie ostrego ostrza.

Wysłane przez j.piliszczuk w Czw, 06/06/2024 - 08:18

Załącznik:  [Notatka bezpieczeństwa 2024.007 2.0 Alcon.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2024007-firmy-alcon-dotycz%C4%85ca-konieczno%C5%9Bci-kontrolowania-przez-lekarza>

Odnosiniki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa%202024.007%202.0%20Alcon.pdf>