

Notatka bezpieczeństwa (76200) firmy GE HealthCare dotycząca bezpieczeństwa używania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (76200) firmy GE HealthCare dotycząca bezpieczeństwa używania określonych systemów ultrasonograficznych Vivid informująca o ryzyku zapisania obrazów z badania pod nazwiskiem niewłaściwego pacjenta

Wysłane przez m.koszewski w Pon, 10/06/2024 - 16:02

Załącznik:  [DNB.444.600.2024.JR GE HealthCare bezpieczeństwo używa nia systemy ultras__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-76200-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.600.2024.JR%20GE%20HealthCare%20bezpiecze%C5%84stwo%20u%C5%BCywa%20nia%20systemy%20ultras__.pdf