

**Notatka bezpieczeństwa (2364349) firmy MEGADYNE Medical Products Inc. dotycząca wycofania z obrotu i użytkowania elektrod powrotnych MEGADYNE MEGA SOFT dla pacjentów pediatrycznych, numer 0840, z powodu ryzyka oparzeń do trzeciego stopnia włącznie.**

Wysłane przez m.koszewski w Pon, 10/06/2024 - 16:03

**Załącznik:**  [Notatka Bezpieczeństa Megadyne Removal FSCA 2364349.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2364349-firmy-megadyne-medical-products-inc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i>

**Odnosiniki**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20Bezpiecze%C5%84sta%20Megadyne%20Removal%20FSCA%202364349.pdf>