

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CW001) firmy Cadwell. dotycząca ryzyka porażenia prądem

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CW001) firmy Cadwell. dotycząca ryzyka porażenia prądem przez moduł korowy IOMAX, spowodowany niewłaściwym zainstalowaniem izolatora.

Wysłane przez m.koszewski w Pon, 10/06/2024 - 16:13

Załącznik:  [FSN_Cortical Module_Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-cw001-firmy-cadwell-dotycz%C4%85ca-ryzyka-pora%C5%BCenia-pr%C4%85dem-przez-modu%C5%82>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cortical%20Module_Polish.pdf