

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 940001-940545) firmy Capintec dotycząca nioczekiwanego

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 940001-940545) firmy Capintec dotycząca nioczekiwanego ruchu ramienia i kolimatora systemu Captus 4000e, które może spowodować zranienie pacjenta lub operatora podczas opadnięcia.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 14/06/2024 - 14:43

Załącznik:  [MKTG-800 GroupA Captus SpringArm RetentionPlate SafetyNotice.Final_.4.1.24 Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-940001-940545-firmy-capintec-dotycz%C4%85ca-nioczekiwanego-ruchu-ramienia-i>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/MKTG-800%20GroupA%20Captus%20SpringArm%20RetentionPlate%20SafetyNotice.Final_.4.1.24%20Polish.pdf