

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa firmy Cadwell Industries Inc. dotycząca wycofania z obrotu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa firmy Cadwell Industries Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania modułu korowego IOMAX do elektroneurodiagnostyki, serii 19029603AA0324007 i 19029603AA0424010, z powodu ryzyka porażenia prądem.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 14/06/2024 - 14:46

Załącznik:  [EU FSN CW002 Recall letter Cadwell Industries Inc Moduł Korowy IOMAX 2.pdf](#) [1]
Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-cadwell-industries-inc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/EU%20FSN%20CW002%20Recall%20letter%20Cadwell%20Industries%20Inc%20Modu%C5%82%20%20Korowy%20IOMAX%202.pdf>