

**Notatka bezpieczeństwa (FA-TWD-000006) firmy bioMérieux SA
dotycząca bezpieczeństwa używania określonych serii testu
VIDAS® FPSA - nr kat. 30440 - ryzyko potencjalnie zawyżony
wynik stężenia FPSA.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 14/06/2024 - 14:48

Załącznik:  [FSN_bioMérieux SA_2024_06_11.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-twd-000006-fir-my-biom%C3%A9rieux-sa-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_bioM%C3%A9rieux%20SA_2024_06_11.pdf