

Notatka bezpieczeństwa (2023-CC-HPM-045) firmy Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH dotycząca ryzyka braku kalibracji inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi przez monitor IntelliVue X3 Patient, model 867030 oprogramowanie P.01.01 lub P.01.02 z opcją C99.

Wysłane przez admin w Wto, 25/06/2024 - 15:27

Załącznik:  [FSN 2023-CC-HPM-045_Customer.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-cc-hpm-045-firmy-philips-medizin-systeme-b%C3%B6blingen-gmbh-dotycz%C4%85ca-ryzyka>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%202023-CC-HPM-045_Customer.pdf