

Notatka bezpieczeństwa (2024-PD-MR-008) firmy Philips Healthcare dotycząca ryzyka powstania oparzeń u pacjentów podczas badania rezonansem magnetycznym Intera i Achieva z użyciem różnych modeli cewek SENSE XL Torso.

Wysłane przez j.piliszczuk w Wto, 02/07/2024 - 08:26

Załącznik:  [2024-PD-MR-008 FSN Final.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2024-pd-mr-008-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-ryzyka-powstania-oparze%C5%84-u>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-PD-MR-008%20FSN%20Final.pdf>