

Notatka bezpieczeństwa (FSCA/001/06/2024) firmy Emtel Śliwa sp. k. dotycząca ograniczenia zastosowania określonych serii defibrylatorów DefiMax biphasic i Plus u dzieci poniżej 20 kg masy ciała z powodu niepotwierdzenia skuteczności algorytmu AED.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 04/07/2024 - 14:14

Załącznik:  [Notatka bezpieczeństwa - EMTEL.pdf](#) [1]

 [05.0-00.00.14_IU - IU DefiMax_.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsca001062024-firmy-entel-%C5%9Bliwa-sp-k-dotycz%C4%85ca-ograniczenia-zastosowania>

Odnosi

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa%20-%20EMTEL.pdf>

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/05.0-00.00.14_IU%20-%20IU%20DefiMax_.pdf