

**Notatka bezpieczeństwa (28.06.2024) firmy Tricomed SA  
dotycząca wycofania z obrotu i używania określonych partii  
protez do klatki piersiowej Codubix S Żebra, w związku z  
uszkodzeniem opakowań i ryzykiem utraty sterylności wyrobów.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/07/2024 - 15:32

**Załącznik:**  [Notatka bezpieczeństwa Codubix S ŻEBRA.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-28062024-firmy-tricomed-sa-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania>

**Odnosińki**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa%20Codubix%20S%20%C5%BBEBRA.pdf>