

Notatka bezpieczeństwa (24FAR007) firmy COPAN ITALIA Spa dotycząca wycofania z obrotu i z używania wyrobu do pobierania próbek: Cepheid P/N 900-0370, o nr serii 230397900, 230535300, 230627500 i 231877400, z powodu nieszczelności probówek.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 19/07/2024 - 14:24

Załącznik:  [24FAR007 Urgent Field Safety Notice_PL-POL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-24far007-firmy-copan-italia-spa-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/24FAR007%20Urgent%20Field%20Safety%20Notice_PL-POL.pdf