


**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 38013) firmy GE HealthCare
dotycząca ryzyka braku dostarczenia informacji o podawanych
lekach przez system anestezyjologiczny Centricity High Acuity
Anesthesia (CHA A) w określonych konfiguracjach.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 19/07/2024 - 14:25

Załącznik:  [FMI38013_FSN_Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-38013-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-ryzyka-braku-dostarczenia>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI38013_FSN_Polish.pdf