


**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 38013) firmy GE HealthCare  
dotycząca ryzyka braku dostarczenia informacji o podawanych  
lekach przez system anestezyjologiczny Centricity High Acuity  
Anesthesia (CHA A) w określonych konfiguracjach.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 19/07/2024 - 14:25

**Załącznik:**  [FMI38013\\_FSN\\_Polish.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-38013-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-ryzyka-braku-dostarczenia>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI38013\\_FSN\\_Polish.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI38013_FSN_Polish.pdf)