

Notatka bezpieczeństwa (FA-24033) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa sto

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FA-24033) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa stosowania odczynnika Access HBc Ab, nr kat.: 34240, nr lot.: 394326 - ryzyko fałszywie zaniżonych wyników

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 23/08/2024 - 09:06

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2024_06_06.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-24033-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-stosowania-odczynnika>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2024_06_06.pdf