

Notatka bezpieczeństwa (QM226) firmy Fritz Stephan GmbH dotycząca możliwej nieregul

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (QM226) firmy Fritz Stephan GmbH dotycząca możliwej nieregularnej wentylacji, wydana z powodu wadliwego wyzwalania spowodowanego nieszczelnością lub błędnym pomiarem przepływu przez respirator Sophie, różne modele.

Wysłane przez j.piliszczyk w Wto, 03/09/2024 - 15:21

Załącznik:  [FSN_QM226_Sophie_SIMV_C1_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-qm226-firmy-fritz-stephan-gmbh-dotycz%C4%85ca-mo%C5%B4liwej-nieregularnej-wentylacji>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20QM226_Sophie%20SIMV_C1_PL.pdf