

Notatka bezpieczeństwa (FSCA001 2024) firmy CODAN ARGUS dotycząca ryzyka opóźnienia

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSCA001 2024) firmy CODAN ARGUS dotycząca ryzyka opóźnienia terapii, wydana z powodu możliwego uszkodzenia elementów elektronicznych podczas serwisowania pomp infuzyjnych ARGUS 717V; 718V, nr kat 601268; 601349, wszystkie serie.

Wysłane przez j.piliszczuk w Pon, 09/09/2024 - 13:15

Załącznik:  [PL-FSCA001_2024_FSN.pdf](#) [1]

 [PL-FSCA001_2024_FSN Customer Reply.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsca001-2024-firmy-codan-argus-dotycz%C4%85ca-ryzyka-op%C3%B3%C5%BAnienia-terapii-wydana-z>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL-FSCA001_2024_FSN.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL-FSCA001_2024_FSN%20Customer%20Reply.pdf