

18 sierpnia 2014


Dotyczy: Wskazań do stosowania DURA-GUARD, PERI-GUARD i VASCU-GUARD

Szanowni Państwo,

Synovis i Baxter Healthcare chcą przypomnieć naszym klientom zarejestrowane wskazania do stosowania produktów DURA-GUARD, PERI-GUARD i VASCU-GUARD. Ta informacja jest przesyłana w związku z otrzymanymi w ostatnim czasie dwoma zgłoszeniami zastosowania nieodpowiedniego produktu podczas zabiegu.


Prosimy zauważyć, że DURA-GUARD dostępny jest w szarobiałym opakowaniu (przykład na zdjęciu po prawej) i ma zatwierdzone następujące wskazanie:

Do stosowania jako substytut opony twardej dla zamknięcia opony twardej podczas zabiegów neurochirurgicznych.



Prosimy zauważyć, że PERI-GUARD dostępny jest w zielono-białym opakowaniu (przykład na zdjęciu po prawej) i ma zatwierdzone następujące wskazanie:

Do stosowania jako protezy do zamknięcia osierdzia i w miejsca ubytków tkanek miękkich, które obejmują: uszkodzenia ściany klatki piersiowej i jamy brzusznej, przepukliny (przepony, udowe, w bliżnie pooperacyjnej, pachwinowe, lędźwiowe, okolostomijne, moszny i pępowinowe) i w operacjach naprawczych dużych naczyń i wewnątrzsercowych.



Prosimy zauważyć, że VASCU-GUARD dostępny jest w zielono-białym opakowaniu (przykład na zdjęciu po prawej) i ma zatwierdzone następujące wskazanie:

Do stosowania w rekonstrukcji naczyń obwodowych, w tym tętnic szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych, głębokich i naczyń piszczelowych i rewizji dostępów tętniczo-żylnych.



Tylko DURA-GUARD jest wskazany do stosowania jako substytut opony twardej. PERI-GUARD i VASCU-GUARD nie powinny być stosowane, gdyż nie są wskazane do takiego zastosowania.

Pragniemy zaznaczyć, że nie są Państwo proszeni o zwrot któregośkolwiek produktu i nie są wymagane dalsze działania. Mogą Państwo kontynuować stosowanie DURA-GUARD, PERI-GUARD i VASCU-GUARD zgodnie z Instrukcją użytkowania.

Jeśli przekazują Państwo ten produkt do innych odbiorców/oddziałów, prosimy o odpowiednie przekazanie tej informacji w celu zapewnienia prawidłowego stosowania DURA-GUARD, PERI-GUARD i VASCU-GUARD w Państwa instytucji.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania produktów **DURA-GUARD i PERI-GUARD**, prosimy o kontakt z Baxter Polska Sp. z o.o., tel. +48 22 4883777.

Z poważaniem,



Anna Szewczyk

Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej