



POWIADOMIENIE O WYCOFANIU PRODUKTU:

RE: anti-C4d Antibody, nr kat. BI-RC4D z nr lot RCD191

19 grudnia 2019

Szanowni klienci,

Według naszych danych otrzymali Państwo produkt anti-C4d Antibody (nr kat. BI-RC4D) z numerem lot RCD191.

Jeśli jesteście Państwo końcowym użytkownikiem tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Jeśli nie jesteście Państwo końcowym użytkownikiem, prosimy o przesłanie kopii tego pisma wraz z załączonym formularzem do użytkownika końcowego.

Informujemy, że przeciwciała zawarte w produkcie anti-C4d Antibody z konkretnej serii (nr lot # RCD191) nie działają właściwie i w związku z tym firma Biomedica wycofuje ten produkt. Anti-C4d o numerze lot #RCD191 został wprowadzony do obrotu w marcu 2019. Uzyskane wyniki są wiarygodne, jeżeli kontrola pozytywna powodowała zabarwienie podczas reakcji.

Jeśli posiadacie Państwo niewykorzystane odczynniki w magazynie, prosimy o umieszczenie informacji o liczbie nieużytych fiolek w załączonym formularzu - zostaną one wymienione. Nieużyte fiołki powinny zostać zniszczone na miejscu.

Przepraszamy za wszelkie powstałe niedogodności.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Biomedica Medizinprodukte

Obsługa klienta T +43-1-29107-45, F +43-1-29107-6389, lub e-mail: info@bmgrp.com.

Z poważaniem,

Gabriela Berg
Scientific Affairs

Certyfikat potwierdzający zniszczenie**Wycofany produkt:** anti-C4d Antibody (#nr kat. BI-RC4D)

Sygnatura#: RC-BI-RC4D-191217

Nr lot, którego dotyczy problem: #RCD191

Otrzymali Państwo fiołki z przeciwciałami anti-C4d Antibody o wymienionym numerze lot.

Dla celów dokumentacyjnych prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie faxem lub emailem tego dokumentu jako dowodu zgodności:

Obsługa klienta - Biomedica Immunoassays**Biomedica Medizinprodukte GmbH**Fax: +43-1-29107-6389 lub e-mail: info@bmgrp.com

Anti-C4d Antibody Lot#	# zużyte fiołki	# fiołki w magazynie
Lot# RCD191		

Instytucja/firma: _____

Imię i nazwisko: _____

Tytuł: _____

Podpis: _____

Data: _____