

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA (wycofanie produktu)
(Zdarzenie-2020-03063)

Lateksowe rękawice PROTEXIS™ Latex Micro Surgical Gloves firmy Cardinal Health
Kody produktów: 2D72NT55X, 2D72NT60X, 2D72NT65X, 2D72NT70X, 2D72NT75X,
2D72NT80X, 2D72NT85X, 2D72NT90X

Formularz potwierdzenia klienta

Firma Cardinal Health wydaje niniejszą Notatkę Bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem degradacji materiału, z którego wykonano lateksowe rękawice PROTEXIS™ Latex Micro Surgical Gloves firmy Cardinal Health™. Wada może prowadzić do powstania dziur i rozdarć w obszarze zagięcia wokół mankietów zakładanych rękawic.

Niniejszą Notatkę Bezpieczeństwa wydano w sprawie produktów o ośmiu kodach i z różnych numerach partii produkcyjnych. Szczegółowe informacje na temat kodów produktów i partii, których dotyczy problem, znajdują się w dołączonej do Notatki tabeli.

Nr konta oraz imię i nazwisko klienta:	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej klienta:	
Adres klienta:	
Nr oraz imię i nazwisko przedstawiciela handlowego:	
Dane kontaktowe przedstawiciela handlowego:	

Nasza dokumentacja wskazuje, że Państwa Firma otrzymała produkt, którego dotyczy powyższa Notatka Bezpieczeństwa.

Część 1: pismo potwierdzające (klient)

Otrzymaliśmy powiadomienie dotyczące wycofania tego produktu, w związku z czym podjęliśmy decyzję o zablokowaniu jego zapasów w celu zapobiegania dalszemu użytkowaniu. Skontaktujemy się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy, aby zorganizować zwrot produktu opisanego w Tabeli 1 poniżej.

Imię i nazwisko / podpis: (Klient)

Stanowisko: (Klient)

Data: (Klient)

Wypełniony formularz potwierdzenia należy przekazać swojemu przedstawicielowi handlowemu, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

LUB

