

**FORMULARZ MONITOROWANIA ODPOWIEDZI**

ACL TOP (Wszystkie modele)  
Obowiązkowa aktualizacja oprogramowania V5.2.0 i parametrów P-16.4.00

**Notatka: 2014-001-C**

**(Faza II – Obowiązkowe wprowadzenie oprogramowania)**

Załączona ważna informacja ma na celu poinformowanie Państwa o wprowadzeniu nowej wersji oprogramowania V5.2.0 (Software V5.2.0) oraz metodyk testów (parametrów) P-16.4.00 (Parameters P-16.4.00) we wszystkich modelach ACL TOP. Oprogramowanie wersja V5.2.0 zawiera modyfikację dotyczącą zapobieganiu potencjalnej błędnej identyfikacji próbki, które mogło występować w ściśle określonych okolicznościach w analizatorach z rodziny ACL TOP (wszystkie modele) jak opisano w Notatce bezpieczeństwa (nr 2014-001-C z czerwca 2014 r.).

Aktualizacja jest monitorowana przez Instrumentation Laboratory w celu zapewnienia, że oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji Software V5.2.0 I Parameters P-16.4.00 we wszystkich modelach ACL TOP.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem

**Prosimy o wypełnienie wszystkich sekcji poniższego formularza i jego niezwłoczny zwrot faksem lub pocztą elektroniczną po wykonanej aktualizacji:**

Nazwa instytucji: \_\_\_\_\_

Ulica: \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_ Województwo: \_\_\_\_\_

Państwo: \_\_\_\_\_ Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Nazwisko: \_\_\_\_\_ Tytuł: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Data aktualizacji: \_\_\_\_\_

**Proszę podać model aparatu oraz numer seryjny, którego oprogramowanie zostało zaktualizowane do wersji Software V5.2.0 and Parameters P-16.4.00**

Model aparatu	Numer serii

Model aparatu	Numer Serii

**Proszę przesłać formularz FAXem lub E-MAILem:**

Numer faxu: 22 336 18 72

E-mail: [mfalkowska@comesa.pl](mailto:mfalkowska@comesa.pl)