

Notatka bezpieczeństwa

Poduszka masująca Shiatsu HRM 2

Poduszka masująca HRM 3

21.10.2016

Aktualizacja przeciwwskazań do stosowania wyrobu

21.10.2016

Do wiadomości: wszystkich użytkowników ww. wyrobów

Szczegóły wyrobów, których dotyczy notatka: Wyroby Medyczne

Poduszka Masująca Shiatsu HRM 2 oraz Poduszka masująca Shiatsu HRM 3
o numerach seryjnych SN 000113L - SN 013016A.

Opis problemu:

W Instrukcjach Użytkowania do Wyrobów Medycznych: Poduszka Masująca Shiatsu HRM 2 oraz Poduszka masująca Shiatsu HRM 3 o numerach seryjnych SN 000113L - SN 013016A nie występuje informacja o przeciwwskazaniu do stosowania tych wyrobów u osób ze stwierdzoną zakrzepicą żylną odcinka szyjnego.

Zalecenia dotyczące działań: Osoby z wykrytą zakrzepicą odcinka szyjnego nie powinny stosować ww. wyrobów

Rozpowszechnianie notatki bezpieczeństwa:

Niniejsza notatka powinna zostać przekazana wszystkim użytkownikom ww. wyrobów z podanymi numerami seryjnymi.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Napierała

Tel. 697 151 330

Mail: magdalena.napierala@yahoo.de

Niżej podpisany potwierdza, że niniejsza notatka została przekazana odpowiedniemu organowi właściwemu.

Podpis:

