

Warszawa dn. 31.01.2014

**UWAGA PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
PROSIMY PRZEKAZAĆ ODPOWIEDNIM OSOBOM**

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciel producenta MEDTRON AG, informujemy, iż niżej wymienione numery serii materiałów zużywalnych firmy MEDTRON AG należy natychmiast wycofać z użytkowania i zabezpieczyć przed ewentualnym omyłkowym użyciem. Nr serii oraz nr katalogowe pozycji, których dotyczy niniejsza informacja:

Nr katalogowy pozycji	Nr wycofywanej serii
<b>316025</b>	13071292
	13071292
<b>316026</b>	13031125
	13041386
	13061121
	13081216
<b>317625</b>	13051378
<b>317627</b>	13041617

Powód wycofania powyżej podanych partii materiałów zużywalnych:

W trakcie rutynowej kontroli jakości we wnętrzu kilku strzykawkę zaobserwowano drobiny zanieczyszczeń z procesu produkcyjnego. W związku z powyższym Producent wycofuje z użytkowania partie materiałów zużywalnych, w których potencjalnie mogły być tego typu problemy.

Wzmiankowane partie materiałów zużywalnych prosimy odesłać do naszej firmy. Zostaną wymienione na prawidłowe na koszt producenta.

Z poważaniem,

Waldemar Magnuszewski  
Synektik SA

## Protokół z rozmowy informacyjnej o wycofaniu materiałów zużywalnych MEDTRON.

Wycofywane pozycje:

Nr katalogowy pozycji	Nr wycofywanej serii
<b>316025</b>	13071292
	13071292
<b>316026</b>	13031125
	13041386
	13061121
	13081216
<b>317625</b>	13051378
<b>317627</b>	13041617

Powiadamiany ośrodek:

.....

Data i godzina odbycia rozmowy:

.....

Osoba która odebrała informację w powiadamianym ośrodku:

Imię:.....

Nazwisko:.....

Pełniona funkcja:.....

Podpis Pracownika SYNEKTIK SA który odbył rozmowę:

.....