

Styczeń 2017 r.

Dotyczy:

Aktualizacja karty aplikacji oprogramowania, model 8870 stosowanej w programatorze N'Vision™, model 8840

Szanowni Państwo,

komunikacja dołączona do niniejszego listu jest informacją skierowaną do pracowników służby zdrowia na temat aktualizacji dotyczących kart aplikacji oprogramowania, model 8870 oraz oznakowania systemów infuzyjnych SynchronMed. Zmiany w oprogramowaniu i oznakowaniu opisane w liście dotyczą systemu infuzyjnego SynchronMed®.

Otrzymali Państwo niniejsze powiadomienie, gdyż według posiadanych przez firmę Medtronic dokumentów stosują Państwo programator N'Vision w terapii głębokiej stymulacji mózgu (DBS) lub w terapii stymulacji rdzenia kręgowego (SCS).

Przedstawiciel firmy Medtronic pomoże Państwu przeprowadzić procedurę wymiany obecnie stosowanych kart aplikacyjnych, model 8870 na nowe karty oprogramowania (wersja BBU01); **aplikacje dostępne na karcie oprogramowania i dotyczące terapii do głębokiej stymulacji mózgu oraz stymulacji rdzenia kręgowego pozostają niezmienione.**

Prosimy o dalsze stosowanie obecnie posiadanych przez Państwa kart, dopóki przedstawiciel firmy Medtronic nie dostarczy Państwu nowej karty oprogramowania (wersja BBU01). Nie muszą Państwo podejmować żadnych dodatkowych działań.

Z poważaniem

Adam Jagoda  
Członek Zarządu  
Medtronic Poland Sp. z o.o.