



Siege social
5, rue Adeline 95440 Ecoen
www.vygon.com

VYGON Siege Sociale
5 rue Adeline 95440 Ecoen

Vygon Polska Sp. z o.o.
03-905 Warszawa
Ul. Francuska 39/6

Nr emaila 16 1271 «N_de_Chrono»CO/NU

Ecoen, 8 grudnia 2016

**Temat: Pilna notatka bezpieczeństwa
- Wycofanie AUTOFLUSH kod 5897.01**

Partie 070515EK, 190515EK, 030615EK, 061115EK, 111215EK, 250116EK, 290316EK

Szanowni Państwo,

Zidentyfikowaliśmy potencjalną, nieregularną wadę przeciekania pomiędzy żeńską białą i męską niebieską końcówką typu luer w bezigłowym złączu zaworu AUTOFLUSH kod 5897.01 dla określonych partii wymienionych poniżej:

partia 070515EK	partia 250116EK
partia 190515EK	partia 290316EK
partia 030615EK	
partia 061115EK	
partia 111215EK	

Wadę tę można wykryć wizualnie.

Z tego powodu prosimy Was o wycofanie tych partii.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, wypełnienie i zwrot załączonego formularza poprzez wskazanie ilości wycofanych z Waszej instytucji według partii.

Francuski organ ds. zdrowia (ANSM) został poinformowany o niniejszej notatce.

Dalsze informacje po bezpośrednim skontaktowaniu się z Grzegorzem Zdebik do spraw jakości, lub pod numerem administracji sprzedaży, numer telefonu (22) 617 26 97.

Przepraszamy za niedogodności jakie może spowodować niniejsze wycofanie produktu objętego notatką.

V - ce PREZES

mgr Grzegorz Zdebik

Christine OBER – Dyrektor ds. Jakości na Rynku

Service Qualite
Tél: 01.39.92.63.51
Fax : 01.39.92.64.82
E-mail quality@vygon.com

Service Clients France
Tél: 01.39.92.63.81
Fax : 01.39.90.29.37
E-mail commandes@vygon.com

Service Clients Export
Tél: 01.39.92.64.17
Fax : 01.34.29.19.34
E-mail: export@vygon.com

tri





**Pilna notatka bezpieczeństwa-
WYCOFANIE AUTOFLUSH Kod 5897.01**

5, rue Adeline 95440 Ecouen
www.vygon.com

POTWIERDZENIE I FORMULARZ ODPOWIEDZI KLIENTA

Prosimy wypełnić i zwrócić niniejszy

formularz: faxem: (22) 617 18 54 lub e-mailem do : sekretariat@vygon.pl

Nazwa i adres instytucji

Imię i nazwisko osoby do kontaktów: Grzegorz Zdebik

Stanowisko : V-ce prezes

Numer telefonu: (22) 617 26 97

VYGON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
NIP: PL 1130093549, REGON: 010784130
tel./fax (22) 617 26 97, 617 18 54
e-mail: biuro@vygon.pl

email. sekretariat@vygon.pl

Potwierdzamy otrzymanie powyższej notatki bezpieczeństwa oraz, że przekazaliśmy informacje zawarte w niniejszym powiadomieniu dotyczącym bezpieczeństwa wszystkim odbiorcom / użytkownikom końcowym produktów w ramach Waszej organizacji.

Prosimy zaznaczyć odpowiednią kratkę:

Macie AUTOFLUSH kod 5897.01:

^ Partia: 070515EK TAK NIE
^ Partia: 190515EK TAK NIE
^ Partia: 030615EK TAK NIE
^ Partia: 061115EK TAK NIE
^ Partia: 111215EK TAK NIE
^ Partia: 250116EK TAK NIE
^ Partia: 290316EK TAK NIE

Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:
Jeśli tak, liczba wycofanych jednostek:

Podpis i data:

Service Qualite
Tn : 01.39.92.63.51
Fax : 01.39.92.64.82
E-mail quality@vygon.com

Service Clients France
Tél: 01.39.92.63.81
Fax: 01.39.90.29.37
E-mail commandes@vygon.com

Service Clients Export
Tél : 01.39.92.64.17
Fax : 01.34.29-19.34
E-mail export@vygon.com

