


**Pilna informacja dotycząca bezpieczeństwa (FSN)**  
**Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF (SID 180)**  
**Problem z łańcuchem przechylającym**

<b>1. Urządzenia, których dotyczy problem:</b>	
1.	<b>1. Typ urządzenia*</b> Stół zdalnie sterowany
1.	<b>2. Nazwy komercyjne</b> Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF (SID 180)
1.	<b>3. Unikatowe identyfikatory urządzeń (UDI-DI)</b> N/D
1.	<b>4. Podstawowe przeznaczenie kliniczne urządzeń*</b> Celem medycznym urządzenia jest diagnoza, wizualizacja i dokumentowanie schorzeń i urazów u ludzi. System dopuszcza następujące zastosowania kliniczne: Rutynowe i specjalne badania RTG specjalne u pacjentów w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej. Badania te obejmują radiografię standardową i fluoroskopię: Fluoroskopia płuc, badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem barytowym, inne badania układu pokarmowego, badania urologiczne (IVP, cystouretrografia), mielografia, artrografia, histerosalpingografia (HSG), flebografia, badania pęcherza moczowego / ERCP, badania pediatryczne, tomografia, badania RTG szkieletu (w tym czaszki, żeber, kręgosłupa, miednicy, kończyn górnych, kończyn dolnych itp.), badania RTG płuc, badania RTG tkanek miękkich, takich jak jama brzuszna, badania łączone (jako opcja - głównie kończyn dolnych i kręgosłupa).
1.	<b>5. Model urządzenia / numer katalogowy / numer części*</b> patrz załącznik 3
1.	<b>6. Wersja oprogramowania</b> nie dotyczy
1.	<b>7. Zakres numerów serii lub partii, których dotyczy informacja</b> patrz załącznik 3
1.	<b>8. Urządzenia powiązane</b> N/D


<b>2 Powód podjęcia działań naprawczych dotyczących bezpieczeństwa (FSCA)*</b>	
2.	<b>1. Opis problemu:</b> Stwierdzono, że praca łańcucha przechylającego przebiega na granicy projektowej zmęczenia metalu, a w warunkach intensywnego użytkowania łańcuch może ulec awarii przed upływem przewidywanego okresu wynoszącego 10 lat. Z tego względu należy zmienić treść instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej, aby zalecić wymianę łańcucha przechylającego po 8 latach użytkowania urządzenia.
2.	<b>2. Zagrożenia uzasadniające podjęcie działań naprawczych FSCA*</b> W razie awarii łańcucha przechylającego kolumna spadnie i zatrzyma się, uderzając w ramę aparatu DR / SFD, jak pokazano na poniższej ilustracji. Kolumna nie dotknie

	<p>blatu stołu, ponieważ odległość między blatem a kolimatorem w takich warunkach wyniesie około 0,5 metra.</p>  <p>Zasadniczo pacjent leży na blacie, a operator urządzenia jest oddalony od stołu lub znajduje się z przodu.</p> <p>W razie zastosowania się do tej porady, ryzyko rezydualne obniża się do początkowo szacowanego poziomu, a prawdopodobieństwo wystąpienia awarii obniża się do poziomu „nieprawdopodobne”.</p>
2.	<p><b>3. Możliwość wystąpienia problemu</b></p>
	<p>Problem może wystąpić w odległej przyszłości (tylko w warunkach dużej intensywności pracy)</p>
2.	<p><b>4. Przewidywane ryzyko dla pacjenta lub użytkowników</b></p>
	<p>Zidentyfikowane zagrożenie: Zagrożenie mechaniczne (uderzenie, zgniecenie) spowodowane upadkiem kolumny z powodu pęknięcia łańcucha przechylającego spowodowanego zmęczeniem materiału. Zagrożenie ma poziom „poważne”, a możliwość wystąpienia ustalono jako „odległą”</p>
2.	<p><b>5. Informacje dodatkowe, ułatwiające scharakteryzowanie problemu</b></p>
	<p>Stwierdzono jeden przypadek bez obecności pacjenta lub operatora</p>
2.	<p><b>6. Tło problemu</b></p>
	<p>Na podstawie otrzymanych informacji stwierdzono, że liczba cykli pochylania w niektórych urządzeniach, które są używane w środowiskach mocno obciążonych pracą, musiała zostać zwiększona w stosunku do specyfikacji początkowej. Po testach laboratoryjnych aktualnego łańcucha przechylającego stwierdzono, że pracuje ono w warunkach bardzo zbliżonych do limitu projektowego, związanego ze zmęczeniem materiału i przy dużych obciążeniach może ulec awarii przed przewidywanym okresem użytkowania, wynoszącym 10 lat</p>
2.	<p><b>7. Pozostałe informacje związane z dokumentem FSCA</b></p>
	<p>N/D</p>

	<p><b>3. Typ działania podejmowanego w ograniczenia ryzyka*</b></p>
3.	<p><b>1. Działanie podejmowane przez użytkownika*</b>          Sporządzić notatkę o wprowadzeniu zmiany w instrukcji obsługi (IFU) i instrukcji serwisowej, które są dołączone do tego dokumentu FSN          Zastąpić dołączone strony w instrukcji obsługi i w instrukcji serwisowej, w których opisano konieczność okresowej wymiany łańcucha przechylającego. Wypełnić</p>

	tabelę w załączniku; W komórce „Data następnej wymiany” wpisać datę, wynikającą z dodania 8 lat do daty wymiany	
3.	2. Do kiedy trzeba podjąć te działania?	jak najszybciej
3.	3. Szczegóły dotyczące urządzenia do diagnostyki obrazowej Czy potrzebne jest dalsze postępowanie lub przegląd poprzednich wyników badań pacjentów? Nie Problem ten nie ma wpływu na wykonane badania obrazowe	
3.	4. <b>Czy jest potrzebna odpowiedź klienta? *</b> (Jeżeli tak, załączyć formularz z datą zwrotu)	Tak
3.	5. <b>Działania podejmowanie przez producenta</b> Wdrożono procedurę ECO w celu zastosowania nowego łańcucha przechylającego, którego limit projektowy związany ze zmęczeniem materiału przekracza oczekiwany czas eksploatacji, wynoszący 10 lat. Zaktualizowano treść Instrukcji obsługi i Instrukcji serwisowej, aby zalecić wymianę łańcucha przechylającego po 10 latach eksploatacji urządzenia.	
3	6. Do kiedy trzeba podjąć te działania?	Te działania już zostały wykonane: pierwszym urządzeniem z łańcuchem nowego typu i ze zaktualizowaną instrukcją użytkownika i instrukcją serwisową jest urządzenie o numerze seryjnym 19102065 wyprodukowane w październiku 2019 roku
3.	7. Czy treść dokumentu FSN należy przekazać pacjentom lub personelowi niezwiązanemu z obsługą urządzenia?	Nie

4. Informacje ogólne*		
4.	1. <b>Typ FSN*</b>	Nowy
4.	2. W przypadku aktualizacji dokumentu FSN podać numer i datę poprzedniego dokumentu FSN	N/D
4.	3. W przypadku aktualizacji dokumentu FSN kluczowymi nowymi informacjami są:	N/D
4.	4. <b>Dodatkowe zalecenia lub informacje, których można oczekiwać w uzupełniającym dokumencie FSN? *</b>	Nie
4.	5. Jeśli oczekiwane są uzupełniające dokumenty FSN, dalsze porady mogą się odnosić do:	N/D
4.	6. Szacowany czas pojawienia się uzupełniającego dokumentu FSN	N/D
4.	7. Informacje o producencie (Kontakt do przedstawiciela lokalnego znajduje się na 1 stronie tego dokumentu)	
	a. Nazwa firmy	<b>Villa Sistemi Medicali S.p.A.</b>
	b. Adres:	<b>via delle Azalee 3 - 20090 Buccinasco (MI) - WŁOCHY</b>

4.	8. Właściwy krajowy organ regulacyjny został poinformowany o tej informacji przekazanej klientowi. *	
4.	9. Lista załączników:	1. Dodatki do Instrukcji obsługi i Instrukcji serwisowej 2. Formularz odpowiedz dystrybutora i użytkownika 3. Lista jednostek, których dotyczy problem
4.	10. Nazwisko/ podpis	<b>Paolo Casagrande Santin</b> <b>Kierownik ds. Zapewnienia Jakości</b> 

	<b>Rozpowszechnianie powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa</b>
	<p>Niniejsze powiadomienie należy przekazać wszystkim osobom, które powinny zostać powiadomione w mojej organizacji oraz wszelkim podmiotom, którym przekazano urządzenia, których może dotyczyć problem</p> <p>Prosimy pamiętać o treści tej informacji i wynikających z niej działaniach przez odpowiedni czas, aby zagwarantować skuteczność podejmowanych działań naprawczych.</p> <p>Wszystkie incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać producentowi, dystrybutorowi lub lokalnemu przedstawicielowi oraz - w stosownych przypadkach - właściwemu organowi krajowemu, ponieważ takie postępowanie pozwala przekazać ważne informacje zwrotne.</p>



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

## **Załącznik 1**

**Dodatki do Instrukcji obsługi i Instrukcji serwisowej**



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

**Addendum to**  
**Apollo / Apollo EZ / Apollo**  
**DRF / Apollo EZ DRF**  
**User's Manual**

The User's Manual provided with your equipment does not include all the Maintenance information for the device.

Please insert the following pages at the beginning of chapter Maintenance of your User's Manual.

All other specifications are unchanged with respect to the ones provided in your Manual.

## User Manual Addendum

The expected service life for Apollo angulation chain is 8 years.

Contact your service organization in order to plan the intervention once the unit is close to reach the next replacement date given in the table below.

At replacement, FSE will fill the column “Next replacement date” adding 8 years to the replacement date in both User and Service Manual

Angulation chain replacement date (dd – mm – yyyy)	Reason of the replacement  corrective maintenance / planned maintenance	next replacement date mm/yyyy	Executed by Organization (FSE Name)	Date / Signature

## Betriebsanleitung Nachtrag

Die erwartete Lebensdauer für die Apollo Angulationskette beträgt 8 Jahre.

Wenden Sie sich an Ihre Serviceorganisation, um den Eingriff zu planen, sobald der in der folgenden Tabelle angegebene nächste Austauschdatum für Ihr Gerät näher rückt.

Beim Austausch wird der FSE in der Spalte “Nächster Austauschtermin” in der Betriebsanleitung und im Servicehandbuch 8 Jahre zum Austauschdatum hinzufügen.

Austauschdatum Angulationskette (tt – mm – jjjj)	Austauschgrund  korrektive Wartung/ planmäßige Wartung	nächster Austauschtermin mm/jjjj	Ausgeführt durch die Organisation (Name des FSE)	Datum / Unterschrift

## Apéndice del manual de usuario

La vida útil prevista de la cadena de angulación del Apollo es de 8 años.  
 Contacte con su empresa de mantenimiento para planificar la intervención cuando la unidad se aproxime a la próxima fecha de sustitución indicada en la tabla siguiente.  
 Con ocasión de la sustitución, el FSE rellenará la columna «Próxima fecha de sustitución» añadiendo 8 años a la fecha de sustitución en el manual del usuario y en el manual de mantenimiento

Fecha de sustitución de la cadena de angulación (dd – mm – aaaa)	Motivo de la sustitución mantenimiento correctivo / mantenimiento programado	próxima fecha de sustitución mm/aaaa	Realizado por la empresa (nombre del FSE)	Fecha / Firma

## Addendum al manuale d'Uso

La vita utile prevista per la catena di angolazione del telecomando Apollo è di 8 anni.  
 Contatta il Servizio Tecnico locale per pianificare l'intervento quando la macchina è prossima al raggiungimento della data di sostituzione successiva indicata nella seguente tabella.

A sostituzione avvenuta, il FSE compilerà la colonna «Prossima data di sostituzione» sia nel manuale d'Uso che di Service aggiungendo 8 anni all'ultima data di sostituzione

Data di sostituzione catena angolazione (dd – mm – aaaa)	Motivo della sostituzione manutenzione correttiva/ manutenzione programmata	Prossima data di sostituzione mm/aaaa	Eseguito dal Centro Assistenza (nome del FSE)	Data / Firma



## Addenda au manuel d'utilisation

La durée de vie prévue de la chaîne d'inclinaison Apollo est de 8 ans.

Contactez votre entreprise d'entretien afin de planifier l'intervention lorsque l'unité est près d'atteindre la prochaine date de remplacement indiquée dans le tableau ci-dessous.

Lors du remplacement, le FSE remplira la colonne « Prochaine date de remplacement » en ajoutant 8 ans à la date de remplacement dans le manuel d'utilisation et de service

Date de remplacement de la chaîne d'inclinaison (jj- mm - aaaa)	Motif du remplacement entretien correctif / entretien programmé	prochaine date de remplacement mm/aaaa	Exécuté par Entreprise (nom FSE)	Date / Signature

## Addendum van gebruikershandleiding

De verwachte levensduur van de ketting voor hoekinstelling van Apollo is 8 jaar.

Neem contact op met uw serviceorganisatie om de werkzaamheid te organiseren zodra de unit de datum voor de volgende vervanging, die in de onderstaande tabel staat, nadert.

Tijdens de vervanging vult de FSE de kolom "Datum volgende vervanging" in en voegt 8 jaar toe aan de datum voor vervanging zowel in de gebruikershandleiding als in de onderhoudshandleiding

Datum vervanging ketting voor hoekinstelling (dd - mm - jjjj)	Reden van vervanging correctief onderhoud / gepland onderhoud	datum volgende vervanging mm/jjjj	Uitgevoerd door de organisatie (naam van FSE)	Datum / Handtekening

## Anexo ao manual do usuário

A vida útil prevista da corrente de angulação Apollo é de 8 anos.

Entre em contato com o seu fornecedor para planificar a substituição quando a próxima data de substituição, indicada na tabela abaixo, estiver perto de ser alcançada.

Durante a substituição, o FSE deverá preencher a coluna “Próxima data de substituição”, acrescentando 8 anos à data de substituição no manual de serviço e no manual do usuário

Data de substituição da corrente de angulação (dd - mm - aaaa)	Motivo da substituição  manutenção de correção / manutenção programada	próxima substituição data mm/aaaa	Realizada pela organização (nome do FSE)	Data / Assinatura

## Дополнение к руководству по эксплуатации

Расчетный срок эксплуатации поворотной цепи Apollo составляет 8 лет.

Свяжитесь с сервисным центром для плановой замены, когда срок эксплуатации узла будет заканчиваться (см. далее таблицу с датами замены).

При замене специалист по техобслуживанию (FSE) заполнит столбец "Дата следующей замены", добавив 8 лет к текущей дате в "Руководстве пользователя" и "Руководстве по техническому обслуживанию"

Дата замены поворотной цепи (дд - мм - гггг)	Причина замены  ремонтное обслуживание / плановое техобслуживание	следующая дата замены, мм / гггг	Выполнено организацией (имя FSE)	Дата / подпись

## Анекă ла мануалул де утилizare

Дурата де експлоатаре прекоизатă пентру ланџул де трансмисие есте де 8 ани.

Контактаџи фуризорул де сервисе локал пентру а планифа интервенџия одаџă це продусул се апропие де урмăтоареа дата де ѓнlocuire specificată ѓн табелул де май jos.

Су оцазия ѓнlocuirii, FSE ва completa coloana Următoarea dată de ѓнlocuire adăugând 8 ани ла дата де ѓнlocuire атăџ ѓн мануалул де утилizare цăџ џи ѓн цел де сервисе

Дата де ѓнlocuire а ланџул де трансмисие (zz – ll – aaaa)	Мотивул ѓнlocuirii ѓнтреџинере corectivă / ѓнтреџинере programată	următoarea dată de ѓнlocuire ll/aaaa	Executată де societatea (numele FSE)	Дата / Semnătura

## Допълнение към Рџководството за Потребителя

Очакванияџ експлоатационен живот на џгловата верига Apollo е 8 години.

Обърнете се към сервисното обслужване, за да планирате следващата смяна, когато устройството наближи датата, посочена в таблицата по-долу.

След смяната, FSE трябва да попълни колоната “Дата за следваща смяна”, като добави 8 години към датата, както в Рџководството за Потребителя, така и в Рџководството за обслужване

Дата за смяна на џгловата верига (дд – мм – гггг)	Причина за смяната коригираща поддрџка / планирана поддрџка	следваща дата за смяна мм/гггг	Изпълнена от Организация (Име FSE)	Дата / Подпис



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

**Addendum to**  
**Apollo / Apollo EZ / Apollo**  
**DRF / Apollo EZ DRF**  
**Service Manuals**

The Service Manual provided with your equipment does not include all the Maintenance information for the device.

Please insert the following pages at the beginning of chapter “Maintenance and Cleaning” of your Service Manual.

All other specifications are unchanged with respect to the ones provided in your Manual.



## Service Manual Addendum

### 9.2 Parts to be replaced periodically

The expected lifetime of Apollo angulation chain is 8 years. After the operation time of 8 years, the following part must be replaced:

Code	Description	Replace after	Installation date
6690702200	Angulation chain	Every 8 years	

At replacement, FSE have to fill the column “Next replacement date” adding 8 years to the replacement date in both User and Service Manual

Angulation chain replacement date (dd – mm – yyyy)	Reason of the replacement  corrective maintenance / planned maintenance	next replacement date mm/yyyy	Executed by Organization (FSE Name)	Date / Signature



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

## **Załącznik 2**

### **Formularz odpowiedzi dystrybutora i użytkownika**



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

## Formularz odpowiedzi dystrybutora/importera

<b>1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa (FSN)</b>	
Numer referencyjny informacji FSN*	M18022
Data dokumentu FSN*	23 październik 2019
Nazwa produktu/urządzenia*	Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF
Kod(y) produktu	
Numer seryjny	

<b>2. Informacje szczegółowe na temat dystrybutora/importera</b>	
Nazwa firmy*	
Numer konta	
Adres*	
Osoba wyznaczona do kontaktów*	
Tytuł lub stanowisko	
Numer telefonu*	
E-mail*	

<b>3. Zwrot potwierdzenia do nadawcy</b>	
E-mail	<a href="mailto:p.casagrande@villasm.com">p.casagrande@villasm.com</a> ; <a href="mailto:vsmervice@villasm.com">vsmervice@villasm.com</a>
Adres pocztowy	Villa Sistemi Medicali S.p.A. via delle Azalee 3, 20090 Buccinasco (MI), WŁOCHY  do rąk Paolo Casagrande Santin
Termin zwrotu formularza odpowiedzi dystrybutora/importera*	31 grudnia 2019

4. Dystrybutorzy/importerzy (zaznaczyć wszystkie pasujące opcje)		
<input type="checkbox"/>	*Niniejszym potwierdzam odbiór, zapoznanie się z treścią i zrozumienie treści Informacji dotyczącej bezpieczeństwa.	Wypełnia dystrybutor/importer lub wpisuje ND
<input type="checkbox"/>	Sprawdzono zapasy i stan magazynowy poddany kwarantannie	Dystrybutor/importer wpisuje liczbę sztuk i datę
<input type="checkbox"/>	Zidentyfikowano klientów, którym dostarczono to urządzenie lub którym może być ono dostarczone	
<input type="checkbox"/>	Dołączono listę klientów	
<input type="checkbox"/>	Poinformowano zidentyfikowanych klientów o niniejszym dokumencie FSN	Data powiadomienia:
<input type="checkbox"/>	Otrzymano potwierdzenie odbioru od wszystkich zidentyfikowanych klientów	
<input type="checkbox"/>	Nie posiadam ani moi klienci nie posiadają żadnego z urządzeń zagrożonych usterką	
Nazwisko drukowanymi literami*		Nazwisko dystrybutora/importera drukowanymi literami
Podpis*		Podpis dystrybutora/importera
Data *		

Gwiazdką oznaczono pola, których wypełnienie jest obowiązkowe

Ważne jest, aby placówka podjęła działania opisane w tym dokumencie FSN i potwierdziła jego otrzymanie.

Odpowiedź z placówki jest sygnałem, że musimy monitorować postęp we wprowadzaniu działań naprawczych.





FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

## Formularz odpowiedzi klienta

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa (FSN)	
Numer referencyjny informacji FSN*	M18022
Data dokumentu FSN*	23 październik 2019
Nazwa produktu/urządzenia*	Apollo, Apollo DRF, Apollo EZ, Apollo EZ DRF
Kod(y) produktu	
Numer seryjny	

2. Informacje szczegółowe dotyczące klienta	
Numer konta	
Nazwa placówki zdrowotnej*	
Adres placówki*	
Zakład/oddział	
Osoba wyznaczona do kontaktów*	
Tytuł lub stanowisko	
Numer telefonu*	
E-mail*	

3. Działania klienta podejmowane w imieniu placówki służby zdrowia		
<input type="checkbox"/>	Potwierdzam odbiór informacji dotyczącej bezpieczeństwa, znam jej treść i ją rozumiem.	Klient wypełnia lub wpisuje ND
<input type="checkbox"/>	Wykonano wszystkie działania wymagane niniejszym dokumentem FSN.	Klient wypełnia lub wpisuje ND
<input type="checkbox"/>	Informacje i wymagane działania przekazano wszystkim zainteresowanym użytkownikom i wykonano je.	Klient wypełnia lub wpisuje ND
<input type="checkbox"/>	Pozostałe działania (określić):	



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

<input type="checkbox"/>	Nie ma u nas żadnych urządzeń zagrożonych usterką.	Klient wypełnia lub wpisuje ND
<input type="checkbox"/>	Mam pytanie, proszę o kontakt (np. w razie konieczności wymiany produktu).	Dane kontaktowe klienta, jeśli są inne od podanych powyżej i krótki opis pytania
Nazwisko drukowanymi literami*		Nazwisko klienta drukowanymi literami
Podpis*		Podpis klienta
Data *		

**4. Zwrot potwierdzenia do nadawcy**

E-mail	<a href="mailto:p.casagrande@villasm.com">p.casagrande@villasm.com</a> ; <a href="mailto:vsmervice@villasm.com">vsmervice@villasm.com</a>
Adres pocztowy	Villa Sistemi Medicali S.p.A. via delle Azalee 3, 20090 Buccinasco (MI), WŁOCHY do rąk Paolo Casagrande Santin
Faks	+39 02 48859 303; +39 02 48859 222
Termin zwrotu formularza odpowiedzi klienta*	31 grudnia 2019

Gwiazdką oznaczono pola, których wypełnienie jest obowiązkowe

Ważne jest, aby placówka podjęła działania opisane w tym dokumencie FSN i potwierdziła jego otrzymanie.

Odpowiedź z placówki jest sygnałem, że musimy monitorować postęp we wprowadzaniu działań naprawczych.



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

### **Załącznik 3**

**Urządzenia, których dotyczy ta informacja (według numerów seryjnych)**



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

part number	serial number
9784200813	07120452
9784120013	07120455
9784220813	08010462
9784100231	08020473
9784220813	08040483
9784120113	08040484
9784120113	08040485
9784120013	08040486
9784120113	08050487
9784120113	08050488
9784120113	08050489
9784220813	08050490
9784120113	08060494
9784120113	08060495
9784120113	08060496
9784120113	08060497
9784120113	08060498
9784220813	08070499
9784120113	08070500
9784120231	08070501
9784220813	08070503
9784120113	08070508
9784120013	08070510
9784120013	08090525
9784220831	08090531
9784110013	08100538
9784120013	08100540
9784120013	09010565
9784220813	09010569
9784120013	09010571
9784229813	09020572
9784229813	09020573
9784229813	09020574
9784229813	09020575
9784229813	09020576
9784229813	09020577
9784120013	09040586
9784120113	09050588
9784229813	09060591
9784220813	09060594
9784120013	09070595
9784120113	09070597
9784220813	09070598
9784220813	09070599
9784219813	09070601

part number	serial number
9784220831	09090591
9784120013	09090606
9784120013	09090610
9784120013	09090611
9784120013	09090612
9784120013	09090613
9784120013	09090614
9784120013	09090615
9784120013	09090616
9784120013	09090617
9784120013	09100618
9784120113	09100619
9784120013	09100620
9784120013	09100621
9784120013	09100627
9784120013	09100629
9784120013	09100630
9784120013	09100631
9784229813	09110632
9784229813	09110633
9784219813	09110634
9784239813	09110635
9784120013	09110637
9784120013	09110638
9784120113	09110639
9784120113	09110640
9784120113	09110642
9784120113	09110643
9784120113	09110644
9784120113	09110645
9784229813	09120654
9784229813	09120655
9784120013	09120659
9784120013	10010661
9784109113	10010669
9784129113	10020672
9784129113	10030675
9784129113	10030676
9784129113	10030677
9784220831	10040680
9784220813	10050683
9784229813	10060696
9784229813	10060702
9784100113	10080726
9784170013	10080728



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

part number	serial number
9784129113	10080729
9784252813	10090748
9784153013	10100756
9784229813	10100761
9784229813	10110769
9784120113	10120782
9784120213	10120783
9784220813	10120785
9784220813	10120786
9784142013	11010789
9784120013	11010791
9784129213	11010793
9784220831	11020798
9784152013	11020800
9784219813	11020802
9784142013	11020804
9784229813	11030807
9784120413	11030809
9784100013	11040816
9784152013	11040817
9784152013	11040821
9784119213	11040822
9784270813	11050827
9784120013	11050828
9784220813	11050829
9784220813	11050830
9784153013	11060832
9784143013	11060835
9784129113	11060839
9784152013	11070840
9784170013	11070843
9784220813	11070851
9784153013	11090863
9784239813	11090868
9784120131	11100873
9784120013	11100874
9784120113	11100883
9784120113	11100885
9784229813	11110897
9784120113	11110899
9784229813	11110905
9784229813	11110906
9784229813	11110907
9784229813	11110908
9784120113	11120912

part number	serial number
9784229813	11120917
9784242813	11120921
9784142013	11120922
9784142013	11120923
9784142013	11120924
9784142013	11120925
9784270813	11120927
9784170013	11120928
9784100013	12010948
9784120113	12010969
9784120113	12010970
9784239813	12010972
9784239813	12010973
9784279813	12020980
9784229813	12020987
9784270813	12020988
9784270813	12030991
9784120013	12031000
9784279813	12041001
9784279813	12041002
9784120113	12041005
9784279813	12051007
9784219813	12061015
9784252813	12061016
9784252813	12061022
9784120113	12071027
9784120113	12071028
9784120113	12071030
9784120113	12071037
9784120113	12071038
9784120113	12081041
9784120113	12081042
9784120113	12081043
9784120113	12081048
9784229813	12081049
9784152013	12091053
9784120113	12091057
9784120113	12091058
9784120113	12091059
9784120113	12091060
9784220813	12091061
9784220813	12091062
9784220813	12091063
9784220813	12091064
9784239813	12091065



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

part number	serial number
9784120113	12091066
9784120113	12091067
9784120113	12091068
9784239813	12101078
9784120113	12101079
9784120113	12101080
9784120113	12101081
9784120013	12101082
9784120113	12101091
9784120113	12101092
9784120113	12101093
9784120113	12101094
9784120113	12101095
9784220813	12101096
9784120113	12101097
9784279813	12101098
9784219813	12101103
9784120113	12101109
9784220813	12101110
9784220813	12101111
9784220813	12101112
9784120113	12101113
9784152013	12111128
9784120113	12111129
9784120113	12111130
9784120113	12111134
9784120113	12111135
9784239813	12111140
9784120113	12111141
9784120113	12111142
9784120113	12111143
9784120113	12111144
9784120113	12111145
9784120113	12111146
9784120113	12111147
9784120113	12111148
9784120113	12111149
9784220813	12121158
9784220813	12121162
9784220813	12121165
9784220813	12121166
9784200813	12121176
9784120113	13011190
9784152013	13011194
9784220813	13011199

part number	serial number
9784220813	13011202
9784229813	13021206
9784229813	13021207
9784120113	13021208
9784252813	13041223
9784280813	13041224
9784142013	13061232
9784220813	13061234
9784142013	13071238
9784129113	13071244
9784152036	13101261
9784229813	13101270
9784229813	13111271
9784229813	13111272
9784120113	13111276
9784270813	13121284
9784142013	13121285
9784252813	14011290
9784153013	14011292
9784220813	14011293
9784279813	14021300
9784139213	14021303
9784279813	14041315
9784229813	14051336
9784154113	14061338
9784239813	14071348
9784120113	14071349
9784252813	14071351
9784220813	14081360
9784142013	14091361
9784279813	14091364
9784279813	14091365
9784252813	14101377
9784255813	14101378
9784239813	14101379
9784239813	14111385
9784209813	14111387
9784242813	14111388
9784255813	14111393
9784220813	14111398
9784152013	14111399
9784142013	14121401
9784142013	14121402
9784155013	14121404
9784220813	14121405



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

part number	serial number
9784279813	15011412
9784270813	15011414
9784252813	15011415
9784220813	15011417
9784239813	15011420
9784279813	15021428
9784252813	15031434
9784130013	15031436
9784130131	15041446
9784279813	15041447
9784220831	15051450
9784142013	15051458
9784229813	15071465
9784229813	15071470
9784252813	15071472
9784285813	15091476
9784153013	15091481
9784270813	15101485
9784255813	15101494
9784252813	15111492
9784255813	15111493
9784252813	15111495
9784252813	15111496
9784229813	16011506
9784279813	16011508
9784279813	16021513
9784142013	16031519
9784229813	16041529
9784152013	16041536
9784229813	16051542
9784270813	16051543
9784279813	16061545
9784252813	16061550
9784270813	16071555
9784252813	16081560
9784170013	16081561
9784252813	16091565
9784242813	16101571
9784252813	16101572
9784252813	16111581
9784229813	16111584
9784220813	16111588
9784229813	16121589
9784142013	16121590
9784142013	16121594

part number	serial number
9784220831	17011602
9784220813	17021615
9784229813	17021616
9784229813	17031630
9784142013	17041633
9784152013	17041635
9784220831	17041639
9784229813	17041643
9784152013	17041645
9784239813	17051651
9784152013	17061666
9784252813	17061675
9784270813	17071681
9784229813	17071682
9784279813	17081695
9784279813	17081697
9784270813	17091705
9784242813	17091708
9784155013	17091712
9784279813	17101721
9784229813	17101731
9784239813	17101737
9784152013	17111742
9784220813	17111744
9784220813	17111746
9784170013	17111768
9784220813	17121778
9784155013	18011792
9784129113	18011798
9784279813	18021805
9784G95313	18031819
9784120013	18031820
9784G75313	18031821
9784279813	18031823
9784K45313	18031824
9784242813	18031825
9784G95313	18031826
9784NB2213	18041827
9784G75313	18041828
9784G95313	18051837
9784142013	18061847
9784G95313	18061849
9784G75313	18071850
9784139013	18071852
9784G75313	18071856



FSN Ref: M18022

FSCA Ref: M18022

<b>part number</b>	<b>serial number</b>
9784G95313	18081867
9784142013	18091871
9784252813	18091879
9784G95313	18101894
9784K55313	18101900
9784G95313	18101901
9784152013	18101902
9784142013	18111908
9784G95313	18111909
9784G95313	18111914
9784NB2213	18111915
9784NB2213	18111916
9784NB2213	18121917
9784J90213	18121919
9784G95313	19011927
9784142013	19021937
9784G95313	19021939
9784G75313	19021941
9784G95313	19031945
9784142013	19031948
9784G75313	19041960
9784G95313	19041966
9784NA0013	19041967
9784G95313	19051975
9784G95313	19051977
9784NB0213	19051978
9784G95313	19062003
9784229813	19052013
9784K55313	19072019
9784K45313	19072022
9784K45313	19072025
9784NB0013	19082032
9784G95313	19082033
9784K55313	19092042
9784G95313	19092051
9784K55313	19102063