

**FORMULARZ ODPOWIEDZI**

<b>PRODUKT</b>	<b>NR KATALOGOWY</b>	<b>Wersje oprogramowania</b>
Analizator hematologiczny Coulter UniCel DxH 800	629029, B24465, B24802, B68304, B66445, B63322	3.2.0 i wcześniejsze
Analizator hematologiczny Coulter UniCel DxH 600	B23858	1.3.0 i wcześniejsze

**Należy zaznaczyć właściwe pole wyboru poniżej:**

- Preczytałam/łem i zrozumiałam/łem ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa produktu przesłaną przez firmę Beckman Coulter. Właściwi pracownicy zostali poinformowani o jej treści oraz o podjęciu odpowiednich działań w niej wskazanych. Notatka bezpieczeństwa zostanie zachowana jako część dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości.

lub:

- Nie posiadamy tego produktu.

Podpisano: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Nazwa Podmiotu: \_\_\_\_\_

Miejscowość \_\_\_\_\_

tel: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**Prosimy o wysłanie niniejszego formularza:**

- Faksem na numer: 22 355 15 29/39  
lub
- Poczta e-mail: [arozek@beckman.com](mailto:arozek@beckman.com)

Beckman Coulter dokonuje aktualizacji listy adresowej swoich Klientów na potrzeby zawiadomień dotyczących bezpieczeństwa produktów. Jeżeli informacje kontaktowe widniejące na skierowanym do Państwa zawiadomieniu są niepoprawne, prosimy o ich aktualizację:

Nazwa Podmiotu:

Imię i nazwisko:

Tytuł/Stanowisko:

Miejscowość \_\_\_\_\_

Nr telefonu:

Podpis:

Data: