



FORMULARZ ODPOWIEDZI

Analizatory immunochemiczne UniCel Dxl 600, 800 Access oraz
Systemy kliniczne UniCel DxC 660i, 680i, 860i, 880i Synchron Access

NR KATALOGOWY	WERSJE OPROGRAMOWANIA
UniCel Dxl 600 (A30260, A71460, A71461, A92060)	5.2, 5.3.0, 5.3.1
UniCel Dxl 800 (973100, A71456, A71457, A84545, A25288, A25285)	
Systemy kliniczne UniCel DxC 660i, 680i, 860i, 880i Synchron Access (A64871, A64903, A64935, A59102)	

**Komunikat dotyczy wyłącznie urządzeń podłączonych do linii
analitycznych i wykorzystujących jedną z wyżej wymienionych
wersji oprogramowania.**

Komunikat NIE dotyczy analizatorów Access 2.

Należy zaznaczyć właściwe pole wyboru poniżej:

- Przeczytałam/łem i rozumiałam/łem ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa produktu przesłaną przez firmę Beckman Coulter. Właściwi pracownicy zostali poinformowani o jej treści oraz o podjęciu odpowiednich działań w niej wskazanych. Notatka bezpieczeństwa zostanie zachowana jako część dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości.

lub:

- Nie posiadamy tego produktu.

Podpisano: _____

Data: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Nazwa Podmiotu: _____

Miejscowość _____

tel: _____

e-mail: _____

Prosimy o wysłanie niniejszego formularza:

- Faksem na numer: 22 355 15 29/39
lub
- Poczta e-mail: arozek@beckman.com



Beckman Coulter dokonuje aktualizacji listy adresowej swoich Klientów na potrzeby zawiadomień dotyczących bezpieczeństwa produktów. Jeżeli informacje kontaktowe widniejące na skierowanym do Państwa zawiadomieniu są niepoprawne, prosimy o ich aktualizację:

Nazwa Podmiotu:

Imię i nazwisko:

Tytuł/Stnowisko:

Nr telefonu:

Podpis:

Miejscowość_____

Data: