

FORMULARZ ODPOWIEDZI – POTWIERDZENIE OTRZYMANIA INFORMACJI

Numer sprawy: RC-19-0049

NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Połączone zastosowanie następujących odczynników:

STA – UNICALIBRATOR (ref. 00675)

UNICALIBRATOR (ref. 00625)

oraz

STA – DEFICIENT VIII (ref. 00725)

STA – DEFICIENT IX (ref. 00724)

Nazwa (pełna):

Stanowisko:

Firma:

Kraj:

- Oświadczam, że przeczytałem Powiadomienie o bezpieczeństwie Stago z dnia 2019/11/18 dotyczące odczynników i partii wymienionych w załączniku 1 do listu.
- Zaświadczam, że poinformowałem/am moich współpracowników o niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i o działaniach które należy podjąć:
- Zaprzestanie używania wartości wskazanych na ulotkach, które posiadasz dla odczynników STA – Deficient VIII oraz STA – Deficient IX
 - Używanie nowych ulotek załączonych w niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

Data :

Podpis / Pieczęć :