

12 września 2017

FORMULARZ POTWIERDZENIA

thermoscientific

PILNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU

Re. ThermoScientific™ Oxoid™ CT1629B CAZ10 CEFTAZIDIME
Serie 1883326, 1849729, 1814258, 1786239, 1752930, 1728103, 1683346, 1646438, 1611709, 1571939, 1562018, 1558378

Szanowni Państwo,

Firma Thermo Fisher Scientific, wydział Mikrobiologii, zdecydowała się wycofać produkt ThermoScientific™ Oxoid™ CT1629B CAZ10 Cefotazidime, Serie: 1883326, 1849729, 1814258, 1786239, 1752930, 1728103, 1683346, 1646438, 1611709, 1571939, 1562018, 1558378, wytwarzane i dystrybuowane pomiędzy wrześniem 2014 a wrześniem 2016.

W załączeniu przesyłamy Notatkę bezpieczeństwa (F.S.N.) dla tego produktu.

Prosimy o potwierdzenie, że seria została wycofana z używania i zniszczona, jak również prosimy o wskazanie ilości opakowań podlegających wymianie.

Celem spełnienia wymagań Dyrektywy IVD będziemy wdzięczni za potwierdzenie otrzymania niniejszego listu oraz notatki F.S.N poprzez odesłanie uzupełnionego i podpisanego egzemplarza za pośrednictwem faksu lub e-maila do Działu Obsługi Klienta na numer faksu +44(0)1256 334994 (*uwaga dystrybutora: do Działu Obsługi Klienta lokalnego dystrybutora, Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., tel. +48 61 84 74 637) **do dnia 10 października 2017.**

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać jakiegokolwiek informacje dodatkowe, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego pod nr tel. +44 (0)1256 694238, microbiology.techsupport.uk@thermofisher.com (*uwaga dystrybutora: z Działem Obsługi Klienta lokalnego dystrybutora, Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., tel. +48 61 84 74 637).

Z poważaniem,

Podpisano :
Tytuł :
Firma :

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI

Thermo Fisher Scientific, wydział Mikrobiologii, Pilny Komunikat Bezpieczeństwa Stosowania Produktu dla ThermoScientific™ Oxoid™ CT1629B CAZ10 Cefotazidime, Serie 1883326, 1849729, 1814258, 1786239, 1752930, 1728103, 1683346, 1646438, 1611709, 1571939, 1652018, 1558378

Potwierdzam otrzymanie komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa stosowania produktu ThermoScientific™ Oxoid™ CT1629B CAZ10 Cefotazidime, Serie 1883326, 1849729, 1814258, 1786239, 1752930, 1728103, 1683346, 1646438, 1611709, 1571939, 1562018, 1558378, datowanego na 12 września 2017 r.

Potwierdzam, że produkt został zniszczony.

Ilość zniszczonych opakowań

Proszę o wymianę opakowań (proszę podać, nawet jeśli nie wymaga się)

Podpisano.....

Nazwa (DRUKOWANE)..... Stanowisko.....

Data..... Adres e-mailowy/Numer telefonu.....