

Notatka Bezpieczeństwa (Odwołanie) (Cordis20190207-OUS)
Cewniki prowadzące Cordis Vista Brite Tip® oraz ADROIT™

FORMULARZ POTWIERDZENIA

Firma Cordis odwołuje z rynku (wycofuje) 173 numerów serii z 29 numerów katalogowych Cewników prowadzących Vista Brite Tip® oraz ADROIT™, ponieważ postrzępione fragmenty podkładki mocującej znajdują się wewnątrz opakowania głównego. Lista numerów serii dotkniętych tych problemem znajduje się w Notatce Bezpieczeństwa, w Tabeli nr 1.

| | |
|---|--|
| Numer i nazwa Klienta: | |
| Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta | |
| Adres Klienta: | |
| Numer i nazwisko Przedstawiciela Handlowego | |
| Szczegółowe dane kontaktowe Przedstawiciela Handlowego (nazwa firmy, nr tel., adres) | |

Z naszej dokumentacji wynika, że Państwa placówka otrzymała wyrób objęty powyższym odwołaniem z rynku.

Część 1: Potwierdzenie otrzymania Notatki (Klient)

Jesteśmy świadomi Notatki Bezpieczeństwa dotyczącej powyższego odwołania z rynku oraz, że powoduje ono wykluczenie z dalszego używania pozostałych egzemplarzy objętych nim wyrobów. Skontaktujemy się z lokalnym Przedstawicielem Handlowym w celu uzgodnienia zwrotu wyrobów wyszczególnionych w Tabeli nr 1 na następnym stronie niniejszego Formularza.

Imię i nazwisko/Podpis: (Klient)

Stanowisko: (Klient)

Nr telefonu kontaktowego: (Klient)

Data: (Klient)

Prosimy o zwrot wypełnionego FORMULARZA POTWIERDZENIA do Państwa Przedstawiciela Handlowego, zgodnie z powyższymi danymi kontaktowymi.

