

## WSTRZYMANIE W OBRODZIE I UŻYCIU IGIEŁ INIEKCYJNYCH

data: **26.10.2009 r.**

produkt: **igła iniekcyjna KD-FINE**

numer serii: **9C21205**

**Szanowny Kliencie,**

Firma „INTERGOS” Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor na terytorium RP wyrobów medycznych produkcji KD Medical GmbH z siedzibą w Berlinie, działając w imieniu producenta, wstrzymuje w obrocie i używaniu igły iniekcyjnej serii 9C21205, rozmiar 0.8 x 40 mm.

Powodem wstrzymania w obrocie i używaniu jest podejrzenie wady jakościowej opakowań igieł.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o niezwłoczne zaprzestanie użytkowania wskazanych igieł.

Jednocześnie prosimy o zlokalizowanie i zabezpieczenia posiadanych zapasów do czasu wyjaśnienia. Produkty można zidentyfikować poprzez numery serii umieszczone na etykietach opakowań jednostkowych i zbiorczych.

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji wszystkim osobom w Państwa placówce, które stosują lub zamawiają produkty objęte akcją.

Jednocześnie przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności spowodowane wstrzymaniem w obrocie i używaniu produktów. Pragniemy podkreślić, iż celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz satysfakcji zarówno Państwa, jak i pacjentów, stąd podjęte przez nas w imieniu Producenta środki ostrożności.

Podkreślamy również, iż niniejsza akcja, podjęta dobrowolnie, nie odnosi się do żadnego innego wyrobu firmy KD Medical.

**Celem uzyskania informacji dotyczących dalszego postępowania w sprawie prosimy o kontakt z Dyrektorem Handlowym Rafałem Waloszkiem, tel. (33) 822 70 52-53 w. 118**

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„INTERGOS” Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Katarzyna Kupczak*