

Bielsko – Biała 10.08.2007

**Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa


tel. +48 (22) 492 11 00

fax +48 (22) 492 11 09

Szanowni Państwo,

W związku z informacją z dnia wczorajszego dot. podejrzenia wady jakościowej, P.W. INTERGOS Sp. z o.o. w porozumieniu z producentem KD Medical GMBH Hospital Products, Charlottenstrasse 65, Berlin, Niemcy, dobrowolnie powziął decyzję, zawiadamiając wszystkich klientów, o wstrzymaniu w obrocie igieł jednorazowego użytku KD-Fine w rozmiarze 21G, (0,8 x 40) pochodzących z serii LOT 6C21205, do momentu zbadania sprawy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"INTERGOS" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU


mgr Katarzyna Kupczak