

## KOMUNIKAT O WYCOFANIU PRODUKTÓW

Firma Mvk Khanchandani Spółka Jawna informuje o wycofaniu z obrotu i używania pulsoksymetrów numer artykułu 3476

Zgodnie z pismem otrzymanym od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stwierdza się, że pulsoksymetry te stwarzają niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ nie ma dowodów, że dla ww. wyrobów przeprowadzono procedurę oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 169 z 12.7.1993, str. 1 ze zm.) lub z wymaganiami ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, prosimy Konsumentów posiadających ww. produkty pulsoksymetr model 3476, o kontakt telefoniczny pod nr 607133047 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 lub dostarczenie produktu pod adres naszej firmy, tj. Al. Krakowska 55, 05-090 Sękocin Nowy.

Nie należy stosować produktu o podanym modelu 3476.

Przepraszamy wszystkich naszych Konsumentów za zaistniałą sytuację i związane z tym niedogodności. Pragniemy poinformować, że były one niezamierzone i po otrzymaniu informacji od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jak powyżej, zareagowaliśmy bezzwłocznie mając na względzie dobro naszych Konsumentów. Naszym celem jest dostarczanie towarów o wysokiej jakości i dokładamy wszelkich starań aby zaoferować naszym Konsumentom produkty wyłącznie najwyższej jakości.

MVK KHANCHANDANI Spółka Jawna  
05-090 Sękocin Nowy

Al. Krakowska 55

NIP: 534-254-42-14

KRS: 00004366957806

*Khanchandani*